

Produto Producto / Product:	Colesterol Colesterol/ Cholesterol
Referência Referencia / Reference:	460E
Lote Lot:	202102
Validade Validez / Expiration date:	02/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,300	0,018
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	540 a 660	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	500 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	72 (61 - 83) mg/dL	77 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	118 (100 - 136) mg/dL	135 mg/dL

Data Fecha / Date:	16/04/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br