



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Amilase</b> Amilasa/Amylase
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>311</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202301 (CM01)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>08/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Controle</b> Control de Absorbancia/ Control Absorbance:	<b>0,260 a 0,460</b>	<b>0,368</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físicoquímicos/Physico-chemic al aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de los límites internos/Within the internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>400 U/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>87 (70 - 104) U/dL</b>	<b>92,67 U/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>237 (190 - 284) U/dL</b>	<b>256,67 U/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>02/02/2024</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**