


CERTIFICADO DE ANÁLISE


Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	046
Fabricação	30/01/2026
Validade	10/03/2027

Quesitos	Critérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



NEGATIVO/NÃO REAGENTE



POSITIVO/ REAGENTE

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Reagente Controle Positivo PNCQ Lote: VDRL 00212022 val: 30/01/2027	REAGENTE	REAGENTE	REAGENTE
Amostra Não-Reagente Controle Negativo PNCQ Lote: VDRL 00472022 val: 30/02/2027	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

Data	10/02/2026
-------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

