


Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	2095
Fabricação	09/05/2022
Validade	13/04/2023

Quesitos	Critérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



VDRL POSITIVO

VDRL NEGATIVO

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Positiva Lote: 02762019	Positivo	Positivo	Positivo
Amostra Negativa Lote: Amostra Interna 2	Negativo	Negativo	Negativo

Data	30/05/2022
-------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

