



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Soro Controle N
Referência Referencia / Reference:	497M
Lote Lot:	202501 (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	14/12/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aparência Aspecto / Appearance	Pó liofilizado Polvo liofilizado/ Lyophilized powder	Pó liofilizado Polvo liofilizado/ Lyophilized powder
Cor Color / Colour	Amarelado Amarillento/Yellowish	Amarelado Amarillento/Yellowish
Estabilidade após sete dias de reconstituído, exceto enzimas (Fosfatase Alcalina e Bilirrubinas). Estabilidad después de siete días de reconstituído, excepto enzimas (Fosfatasa Alcalina y Bilirrubinas). Stability after seven days of reconstitution except enzymes (Alkaline Phosphatase and Bilirubins).	≤ 10%	≤ 10%
Estabilidade após dois dias de reconstituído para enzimas e Bilirrubinas. Estabilidad después de dos días de reconstituído para enzimas y bilirrubinas. Stability after two days of reconstitution for enzymes and bilirubin.	≤ 10%	≤ 10%
Data Fecha / Date:	30/10/2025	

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br