

Produto Producto / Product:	Ácido Úrico Ácido úrico / Uric acid:
Referência Referencia / Reference:	451
Lote Lot:	6012
Validade Validez / Expiration date:	20/09/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,091
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	32,45 - 51,20	35,09
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 25 mg/dL hasta 25mg/dL/Until 25mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	4,3 (3,5 – 4,9) mg/dL	4,70 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	7,2 (6.10 - 8.30) mg/dL	7,48 mg/dL

Data Fecha / Date:	26/01/2026
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Silva

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br