| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Uréia UV**<br>Urea UV/ UV urea |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **416** |
| **Lote**<br>Lot: | **202306 CM02** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **07/2024** |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parametros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Absorbância do Branco**<br>Absorbancia Blanca/ White Absorbance | **1,400 a 1,900** | **1,589** |
| **Fator de Calibração**<br>Factor Calibración / Calibration Factor : | **528 a 792** | **608** |
| **Aspectos físico-químicos**<br>Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | **Dentro dos limites internos**<br>Dentro de límites internos/Within internal limits | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Linearidade**<br>Linealidad/Linearity: | **300 mg/dL** | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Soro Controle nível I**<br>Control de suero nivel I/Control Serum level I: | **40 (32.8 - 47.2) mg/dL** | **38 mg/dL** |
| **Soro Controle nível II**<br>Control de suero nivel II/Control Serum level II: | **114.94 (94.3- 135.6) mg/dL** | **104 mg/dL** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **10/07/2023** |

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**