


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Proteinúria</b> Proteinuria/Proteinuria
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>498M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202304 (CM04)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>02/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<b>&lt;0,150</b>	<b>0,089</b>
<b>Fator de Calibração</b> Factor Calibración)/ Calibration Factor :	<b>114 - 170</b>	<b>114,7</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>100 mg/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nível I/Control Serum level I:	<b>25 (21,25 - 28,75)</b>	<b>24,90 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nível II/Control Serum level II:	<b>50 (42,5 - 57,5)</b>	<b>52,60 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>14/12/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**