



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Glicose</b> Glucosa/Glucose
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>112 M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>25052</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>09/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;0,300</b>	<b>0,015</b>
<b>Fator de Calibração</b> Factor de calibración/ Calibration Factor	<b>236 - 354</b>	<b>332,20</b>
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>Até 500 mg/dL</b> Hasta 500 mg/dL/ Until 500 mg/dL	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nível I/Control Serum Level I:	<b>93 (79 - 107) mg/dL</b>	<b>94,67 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nível II/Control Serum Level II:	<b>268.4 (233.5 - 303.3) mg/dL</b>	<b>262,67 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>25/11/2025</b>
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**