

Produto Producto / Product:	Fósforo UV Fósforo UV/UV Phosphorus
Referência Referencia / Reference:	412
Lote Lot:	202306 CM02
Validade Validez / Expiration date:	05/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,900	0,795
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	17,4 a 26,0	19,60
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	Até 20 mg/dL Hasta 20 mg/dL/ Until 20 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	4.75 (4.28 - 5.23) mg/dL	5,03 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	8.19 (7.37 - 9.01) mg/dL	8,5 mg/dL

Data Fecha / Date:	19/12/2023
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Silva

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br