

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Urigold</b><br>Urigold/Urigold |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>500</b>                        |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>26C081 (CM01)</b>              |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>31/07/2027</b>                 |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:               | <b>Amostra Controle</b><br>Muestra de Control/Control Sample: | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Urobilinogênio</b><br>Urobilinógeno/Urobilinogen        | <b>Normal</b><br>Resultado Normal/Normal Result               | <b>Normal</b><br>Resultado Normal/Normal Result                  |
| <b>Glicose</b><br>Glucosa/Glucose                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |
| <b>Corpos cetônicos</b><br>Cuerpos cetónicos/Ketone bodies | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |
| <b>Bilirrubina</b><br>Bilirrubina/Bilirubin                | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |
| <b>Proteína</b><br>Proteína/Protein                        | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |
| <b>Nitrito</b><br>Nitrito/Nitrite                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |
| <b>pH</b><br>pH/pH                                         | <b>6,0</b>                                                    | <b>6,0</b>                                                       |
| <b>Sangue/Hb</b><br>Sangre/Hb/Blood /Hb                    | -                                                             | -                                                                |
| <b>Densidade</b><br>Densidad/Density                       | <b>1020</b>                                                   | <b>1020</b>                                                      |
| <b>Leucócitos</b><br>Leucocitos/Leukocytes                 | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                          | <b>Negativo</b><br>Negativo/Negative                             |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>25/05/2026</b> |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade G Pereira**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)

[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)