


**Produto**  
Producto / Product:**CK-MB**  
CK-MB/ CK-MB**Referência**  
Referencia / Reference:**117****Lote**  
Lot:**202502 (CM02)****Validade**  
Validez / Expiration date:**31/03/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                              | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                             | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos fisico-quimicos/<br>Physico-chemical aspects: | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites<br>internos/Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad/Linearity:                                               | <b>600 U/L</b>                                                                             | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel<br>I/Control Serum level I:        | <b>26 (20 - 32) U/L</b>                                                                    | <b>22,67 U/L</b>                                                 |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel<br>II/Control Serum level II:     | <b>78 (59 - 97) U/L</b>                                                                    | <b>65,30 U/L</b>                                                 |

**Data**  
Fecha / Date:**22/04/2025****Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

