



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>CK NAC</b> CK NAC / CK NAC
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>116</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202401B CM01</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>04/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>2000 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>94 (76 - 112) U/L</b>	<b>86,7 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>318 (254 - 382) U/L</b>	<b>311,7 U/L</b>

**Data**  
Fecha / Date: **07/03/2024**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

