


|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>CK-MB</b><br>CK-MB/ CK-MB |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>117</b>                   |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>202205</b>                |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>05/2023</b>               |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:  | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                             | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos fisico-quimicos/<br>Physico-chemical aspects: | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites<br>internos/Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad/Linearity:   | <b>600 U/L</b>   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel<br>I/Control Serum level I:        | <b>39 (33,15 - 44,85) U/L</b>  | <b>42 U/L</b>  |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel<br>II/Control Serum level II:     | <b>78 (66,3 - 89,70) U/L</b>   | <b>85 U/L</b>  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>23/06/2022</b> |
|------------------------------|-------------------|



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

