# TP Líquida

*Tabela de Conversão em Relação dos Tempos de Protrombina (RP), Relação Normalizada Internacional (RNI) e Atividade de Protrombina (A%).*

**REF. 555** MS 80022230181

Analisa

**Lote 2081** **Val.: 04/07/2023**

**ISI: 1,03**

## Tabela de Conversão em Relação (RP), Relação Normalizada Internacional (RNI) e Atividade de Protrombina (A%)

| Amostra | Tempo de Coagulação (segundos) | | | | | | | | | RP | RNI | A% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pool de Referência** | **11,5** | **12,0** | **12,5** | **13,0** | **13,5** | **14,0** | **14,5** | **15,0** | **15,5** | **1** | **1** | **100** |
| Amostra Teste | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 1,02 | 1,02 | 94 |
| | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 1,04 | 1,04 | 89 |
| | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 1,06 | 1,06 | 84 |
| | 12,4 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 1,08 | 1,08 | 79 |
| | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 1,10 | 1,10 | 75 |
| | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 1,12 | 1,12 | 71 |
| | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 1,14 | 1,14 | 67 |
| | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 1,16 | 1,17 | 64 |
| | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 1,18 | 1,19 | 61 |
| | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 1,20 | 1,21 | 58 |
| | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 1,22 | 1,23 | 55 |
| | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 1,24 | 1,25 | 52 |
| | 14,5 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 1,26 | 1,27 | 50 |
| | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 1,28 | 1,29 | 48 |
| | 15,0 | 15,6 | 16,3 | 16,9 | 17,6 | 18,2 | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 1,30 | 1,31 | 47 |
| | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 1,32 | 1,33 | 46 |
| | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 1,34 | 1,35 | 45 |
| | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 1,36 | 1,37 | 43 |
| | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 1,38 | 1,39 | 42 |
| | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 1,40 | 1,41 | 41 |
| | 16,3 | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 1,42 | 1,44 | 40 |
| | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 1,44 | 1,46 | 39 |
| | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 1,46 | 1,48 | 38 |
| | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20,0 | 20,7 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 1,48 | 1,50 | 37 |
| | 17,3 | 18,0 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 21,0 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 1,50 | 1,52 | 36 |
| | 17,5 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 1,52 | 1,54 | 36 |
| | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 1,54 | 1,56 | 35 |
| | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 1,56 | 1,58 | 34 |
| | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 1,58 | 1,60 | 33 |
| | 18,4 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 1,60 | 1,62 | 33 |
| | 18,6 | 19,4 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 1,62 | 1,64 | 32 |
| | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 1,64 | 1,66 | 31 |
| | 19,1 | 19,9 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 1,66 | 1,69 | 31 |
| | 19,3 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 1,68 | 1,71 | 30 |
| | 19,6 | 20,4 | 21,3 | 22,1 | 23,0 | 23,8 | 24,7 | 25,5 | 26,4 | 1,70 | 1,73 | 30 |
| | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 1,72 | 1,75 | 29 |
| | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 1,74 | 1,77 | 29 |
| | 20,2 | 21,1 | 22,0 | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 1,76 | 1,79 | 28 |
| | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 1,78 | 1,81 | 28 |
| | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 27,9 | 1,80 | 1,83 | 27 |
| | 20,9 | 21,8 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,2 | 1,82 | 1,85 | 27 |
| | 21,2 | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,8 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 1,84 | 1,87 | 26 |
| | 21,4 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26,0 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 1,86 | 1,89 | 26 |
| | 21,6 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 1,88 | 1,92 | 25 |
| | 21,9 | 22,8 | 23,8 | 24,7 | 25,7 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,5 | 1,90 | 1,94 | 25 |

| Amostra | Tempo de Coagulação (segundos) | | | | | | | | | RP | RNI | A% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pool de Referência** | **11,5** | **12,0** | **12,5** | **13,0** | **13,5** | **14,0** | **14,5** | **15,0** | **15,5** | **1** | **1** | **100** |
| Amostra Teste | 22,1 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,9 | 26,9 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 1,92 | 1,96 | 25 |
| | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 1,94 | 1,98 | 24 |
| | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 1,96 | 2,00 | 24 |
| | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 1,98 | 2,02 | 24 |
| | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 2,00 | 2,04 | 24 |
| | 23,2 | 24,2 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 2,02 | 2,06 | 23 |
| | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 2,04 | 2,08 | 23 |
| | 23,7 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 2,06 | 2,11 | 23 |
| | 23,9 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,1 | 29,1 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 2,08 | 2,13 | 22 |
| | 24,2 | 25,2 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,4 | 30,5 | 31,5 | 32,6 | 2,10 | 2,15 | 22 |
| | 24,4 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | 28,6 | 29,7 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | 2,12 | 2,17 | 22 |
| | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 30,0 | 31,0 | 32,1 | 33,2 | 2,14 | 2,19 | 22 |
| | 24,8 | 25,9 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,2 | 31,3 | 32,4 | 33,5 | 2,16 | 2,21 | 21 |
| | 25,1 | 26,2 | 27,3 | 28,3 | 29,4 | 30,5 | 31,6 | 32,7 | 33,8 | 2,18 | 2,23 | 21 |
| | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 28,6 | 29,7 | 30,8 | 31,9 | 33,0 | 34,1 | 2,20 | 2,25 | 21 |
| | 25,9 | 27,0 | 28,1 | 29,3 | 30,4 | 31,5 | 32,6 | 33,8 | 34,9 | 2,25 | 2,31 | 20 |
| | 26,5 | 27,6 | 28,8 | 29,9 | 31,1 | 32,2 | 33,4 | 34,5 | 35,7 | 2,30 | 2,36 | 20 |
| | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,3 | 36,4 | 2,35 | 2,41 | 19 |
| | 27,6 | 28,8 | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 2,40 | 2,46 | 19 |
| | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,9 | 33,1 | 34,3 | 35,5 | 36,8 | 38,0 | 2,45 | 2,52 | 18 |
| | 28,8 | 30,0 | 31,3 | 32,5 | 33,8 | 35,0 | 36,3 | 37,5 | 38,8 | 2,50 | 2,57 | 18 |
| | 29,3 | 30,6 | 31,9 | 33,2 | 34,4 | 35,7 | 37,0 | 38,3 | 39,5 | 2,55 | 2,62 | 18 |
| | 29,9 | 31,2 | 32,5 | 33,8 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39,0 | 40,3 | 2,60 | 2,68 | 17 |
| | 30,5 | 31,8 | 33,1 | 34,5 | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,8 | 41,1 | 2,65 | 2,73 | 17 |
| | 31,1 | 32,4 | 33,8 | 35,1 | 36,5 | 37,8 | 39,2 | 40,5 | 41,9 | 2,70 | 2,78 | 16 |
| | 31,6 | 33,0 | 34,4 | 35,8 | 37,1 | 38,5 | 39,9 | 41,3 | 42,6 | 2,75 | 2,83 | 16 |
| | 32,2 | 33,6 | 35,0 | 36,4 | 37,8 | 39,2 | 40,6 | 42,0 | 43,4 | 2,80 | 2,89 | 16 |
| | 32,8 | 34,2 | 35,6 | 37,1 | 38,5 | 39,9 | 41,3 | 42,8 | 44,2 | 2,85 | 2,94 | 15 |
| | 33,4 | 34,8 | 36,3 | 37,7 | 39,2 | 40,6 | 42,1 | 43,5 | 45,0 | 2,90 | 2,99 | 15 |
| | 33,9 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39,8 | 41,3 | 42,8 | 44,3 | 45,7 | 2,95 | 3,05 | 15 |
| | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 46,5 | 3,00 | 3,10 | 15 |
| | 35,1 | 36,6 | 38,1 | 39,7 | 41,2 | 42,7 | 44,2 | 45,8 | 47,3 | 3,05 | 3,15 | 14 |
| | 35,7 | 37,2 | 38,8 | 40,3 | 41,9 | 43,4 | 45,0 | 46,5 | 48,1 | 3,10 | 3,21 | 14 |
| | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 41,0 | 42,5 | 44,1 | 45,7 | 47,3 | 48,8 | 3,15 | 3,26 | 14 |
| | 36,8 | 38,4 | 40,0 | 41,6 | 43,2 | 44,8 | 46,4 | 48,0 | 49,6 | 3,20 | 3,31 | 13 |
| | 37,4 | 39,0 | 40,6 | 42,3 | 43,9 | 45,5 | 47,1 | 48,8 | 50,4 | 3,25 | 3,37 | 13 |
| | 38,0 | 39,6 | 41,3 | 42,9 | 44,6 | 46,2 | 47,9 | 49,5 | 51,2 | 3,30 | 3,42 | 13 |
| | 38,5 | 40,2 | 41,9 | 43,6 | 45,2 | 46,9 | 48,6 | 50,3 | 51,9 | 3,35 | 3,47 | 13 |
| | 39,1 | 40,8 | 42,5 | 44,2 | 45,9 | 47,6 | 49,3 | 51,0 | 52,7 | 3,40 | 3,53 | 13 |
| | 39,7 | 41,4 | 43,1 | 44,9 | 46,6 | 48,3 | 50,0 | 51,8 | 53,5 | 3,45 | 3,58 | 12 |
| | 40,3 | 42,0 | 43,8 | 45,5 | 47,3 | 49,0 | 50,8 | 52,5 | 54,3 | 3,50 | 3,63 | 11 |
| | 40,8 | 42,6 | 44,4 | 46,2 | 47,9 | 49,7 | 51,5 | 53,3 | 55,0 | 3,55 | 3,69 | 11 |
| | 41,4 | 43,2 | 45,0 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54,0 | 55,8 | 3,60 | 3,74 | 10 |
| | 42,0 | 43,8 | 45,6 | 47,5 | 49,3 | 51,1 | 52,9 | 54,8 | 56,6 | 3,65 | 3,79 | 10 |

**Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

*Edição: 03/22*