

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	Amilase Direta CNP Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP	
Referência Referencia / Reference:	407 / 407M	
Lote Lot:	0001	
Validade Validez / Expiration date:	02/2028	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,005
Linearidade Linealidad / Linearity:	1700 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	173 (138 - 208) U/L	160 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	619 (495 - 743) U/L	595 U/L
Data Fecha / Date:	24/05/2026	
 Tatiane Trindade Gonzaga Pereira Controle de Qualidade Control de Calidad / Quality Control		
Gold Analisa Diagnóstica Ltda. CNPJ: 03.142.794/0001-16 Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br www.goldanalisa.com.br		