

Produto Producto / Product:	FIA Vitamina D FIA Vitamina D/FIA Vitamin D
Referência Referencia / Reference:	160
Lote Lot:	Y2503069A
Validade Validez / Expiration date:	23/06/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incoloro/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível II Control de suero nivel I/Control Serum level I:	14,7 (11,76 - 17,64) ng/mL	14,66 ng/mL
Soro Controle nível I Control de suero nivel II/Control Serum level II:	63 (51,28 - 74,71) ng/mL	39,01 ng/mL

Data Fecha / Date:	06/11/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br