


Produto Producto / Product:	Fósforo UV Fósforo UV/UV Phosphorus
Referência Referencia / Reference:	412
Lote Lot:	202201 CM02
Validade Validez / Expiration date:	09/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,900	0,673
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	17,4 a 26,0	19,7
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	Até 20 mg/dL Hasta 20 mg/dL/ Until 20 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	4,66 (4.19-5.13) mg/dL	4.51 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	8,07 (7.26-8.88) mg/dL	8,0 mg/dL

Data Fecha / Date:	16/01/2023
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br