



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Controle N1/N2 Reumático

Control reumático/Rheumatic control

Referência

Referencia / Reference:

601

Lote

Lot:

6070

Validade

Validez / Expiration date:

02/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data

Fecha / Date:

25/05/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br



Controle Reumático | Control Reumático

Tabela de Valores do soro controle para reumatologia/Tabla de Valores del suero de control para reumatología

Ref: 601
MS 80022230191

LOTE: 5247

VAL.: 08/02/2027

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Tabela Controle Reumático cat. 601					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	187	150 - 224	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	274	219 - 329	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	39,6	27,7 - 51,5	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	78,0	54,6 - 101,4	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	22,5	15,8 - 29,3	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	50,3	35,2 - 65,4	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 09/25