


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Triglicérides</b> Triglicéridos/Triglycerides
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>459</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>22010</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>06/2023</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;0,300</b>	<b>0,031</b>
<b>Fator de Calibração (670 nm)</b> Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	<b>619 - 929</b>	<b>659</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nível I/Control Serum level I:	<b>115 (98 - 132) mg/dL</b>	<b>110,3 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nível II/Control Serum level II:	<b>162 (138-186) mg/dL</b>	<b>159,3 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>14/07/2022</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**