



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	PCR as Turbidimetria Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry
Referência Referencia / Reference:	474M
Lote Lot:	6008
Validade Validez / Expiration date:	08/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Linearidade Linealidad / Linearity:	15 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	6,3 (5,4 - 7,2) mg/L	6,8 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	12,6 (10,7 - 14,5) mg/L	12,2 mg/L

Data Fecha / Date:	22/01/2026
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br