



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	TTPA Líquida TTPA neto/Net TTPA
Referência Referencia / Reference:	556
Lote Lot:	5293
Validade Validez / Expiration date:	11/09/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma control level I:	32.0 (24.0 - 40.0)segundos	35,9s
Plasma controle nível II Nível de control de plasma II/Plasma control level II:	53.0 (40 - 66) segundos	54,43s

Data Fecha / Date:	30/10/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br