



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>TP Líquida</b> TP neto/ Net TP
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>555E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>5309</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>18/09/2026</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Plasma Controle nível I</b> Nível de controle de plasma I/Plasma Control Level I:	<b>13.5 (10 - 17) segundos</b>	<b>13,93 segundos</b>
<b>Plasma Controle nível II</b> Nível de controle de plasma I/Plasma Control Level II:	<b>32 (23 - 41) segundos</b>	<b>25,83 segundos</b>
<b>Valor do ISI</b> Valor ISI/ISI value:	<b>1,00 a 1,10</b>	<b>1,04</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>06/11/2025</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

