Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA**
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202202**
Validade Validez / Expiration date:	**05/2023**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	**BT 1,04 (0,88 - 1,20)** **BD 0,62(0,53 - 0,71) mg/dL**	**BT 1,01 mg/dL** **BD 0,72 mg/dL**
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	**BT 5,31 (4,51 - 6,11)** **BD 2,85 (2,42 - 3,28) mg/dL**	**BT 4,54 mg/dL** **BD 2,48 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**08/03/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br