Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1 MS 80022230191

LOTE: 1166
VAL.: 2023-04

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1166 Val: 04/2023					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	170	136 - 204	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	41.7	29.2 - 54.2	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	25.5	17.9 - 33.2	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 09/21