Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA** Bilirrubinas/Bilirubins
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202501 (CM01)**
Validade Validez / Expiration date:	**05/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**BT 0,94 (0,56 – 1,32) mg/dL** **BD 0.69 (0.59 – 0.79) mg/dL**	**BT 0,88** **BD 0,70**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**BT 5,53 (4,70 - 6,36) mg/dL** **BD 3,00 (2,55 - 3,45) mg/dL**	**BT 5,10** **BD 2,81**

Data Fecha / Date:	**26/02/2025**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br