



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Amilase Amilasa/Amylase
Referência Referencia / Reference:	311
Lote Lot:	202102
Validade Validez / Expiration date:	02/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Controle Control de Absorbancia/ Control Absorbance:	0,260 A 0,460	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspectos físico-químicos Aspectos fisicoquímicos/Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de los límites internos/Within the internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	400 U/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	Dentro dos limites internos Dentro de los límites internos/Within the internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível II Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	Dentro dos limites internos Dentro de los límites internos/Within the internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	09/03/2021
------------------------------	-------------------

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br