Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Ferritina** Ferritina/Ferritin
Referência Referência / Reference:	**477**
Lote Lot:	**4042**
Validade Validez / Expiration date:	**04/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade Linealidad / Linearity:	**Até 1000 µg/dL** hasta 1000 µg/dL/Until 1000 µg/dL	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	**121,5 (97,2 - 145,8) µg/L**	**122,35 µg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	**364,5 (291,6 - 437,4) µg/L**	**367,59 µg/dL**

Data Fecha / Date:	**23/02/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br